


User Manual

MF-77K2S



Content

1.Safety Precautions	1
2.Contraindications	1
3.Overview	2
4.Control Panel Introduction.....	3
5.Technical Specification	10
6.Use Precautions	11
7.Maintenance & Cleaning.....	12
8.FAQ	13
9.Ask & Answer	16
10.Operation Guide	18
11.Warranty & Support	21

1.Safety Precautions

- 1.Please read this manual carefully before use and familiarize yourself with the operation of this instrument and related technology.
- 2.This instrument is a high-precision electronic device that requires proper storage. Please avoid storing it in humid conditions, direct sunlight, or near flammables and explosives to prevent damage.
- 3.Always use the designated accessory provided or recommended by the manufacturer to ensure performance throughout its service life.
- 4.Do not place the instrument in high-temperature conditions, as this may negatively impact its service life and performance.
- 5.Do not apply the instrument on eyes, thyroid, parathyroid, testicles, pregnant women's abdomen, pacemakers, etc.
- 6.Patients should refrain from using this instrument unless they have obtained permission from their doctor.
- 7.Ensure that the instrument is applied on moist skin and avoid the operation on dry skin.
- 8.Power off the instrument when not in use to ensure its safety.
- 9.If you are currently taking anti-adiposity drugs, please discontinue their use for 1 - 2 months before using this instrument. Failure to do so may result in an extended course of treatment.
- 10.To maintain hygiene and extend the instrument's service life, sterilize it with saline.

2.Contraindications



Before using this instrument, it is essential to consult your doctor or seek advice from professionals. Details below:

- 1.Pregnancy or lactation.
- 2.Hypertension, heart disease, or with a pacemaker installed.
- 3.Unhealed wounds or during the recovery phase of surgery.
- 4.Epilepsy, severe diabetes, and hyperthyroidism.
- 5.Malignant tumors, hemophilia, and hemorrhage.
- 6.Skin disease or infectious disease.
- 7.Cesarean section within the last six months, a miscarriage within the last three months, or a natural birth within the last two months.
- 8.Had plastic surgery within 3 months or with implants or metal objects in the treatment area.

3.Overview

Harnessing the most favored and safest technology, this 9-in-1 Versatile beauty instrument offers holistic enhancements, encompassing skin tightening and body sculpting, guaranteeing a radiant metamorphosis for your body. It provides the perfect solution for people seeking improvements in skin appearance and body figures without injections, drugs, or side effects. Its external application yields immediate results.

4.Control Panel Introduction





Time display and set
(0 - 60 minutes)

Energy level display
and set (0 - 10)

Start/Pause

Main menu

Reset




Time display and set
(0 - 60 minutes)

Energy level display
and set (0 - 10)

Start/Pause

Main menu

Reset



Time display and set
(0 - 60 minutes)


Energy level display
and set (0 - 10)

Mode selection:
Hot: Heating mode
Cold: Cooling mode

Reset

Start/Pause

Main menu



Time display and set
(0 - 60 minutes)

Energy level display
and set (0 - 10)

Mode selection:
M1: 1.2s active, 1.0s idle
M2: 0.5s active, 0.3s idle

Reset

Start/Pause

Main menu




Time display and set
(0 - 60 minutes)

Energy level display
and set (0 - 10)

Start/Pause

Main menu

Reset



Time display and set
(0 - 60 minutes)

Energy level display
and set (0 - 10)

Release Duration
Display/Set
(Range: 0.0 - 2.0)

Suction Duration
Display/Set
(Range: 0.0 - 2.0)

Reset

Start/Pause

Main menu

Mode selection:


M1: only suction

M2: Suction 0.4s, Release 0.4s

M3: Suction 0.4s, Release 0.2s

M4: Suction 0.6s, Release 0.2s

M5: Suction 0.5s, Release 0.3s



Time display and set (0 - 60 minutes)

Energy level display and set (0 - 10)

Mode selection:


M1: 1.5s active, 1.0s idle

M2: 0.4s active, 0.3s idle

Start/Pause

Reset

Main menu




OFF: Photon LED

AUTO: Automatic alteration of color (cycle through multiple twinkling colors)

MODE/ON: Mode selection (different colors can be chosen to stay on)

WAVE: Mono twinkling color (click on MODE to change to different color when needed.)



Energy level display and set (0 - 10)

Time display and set (0 - 60 minutes)

Mode selection:

M1: The lights are continuously illuminated.

M2: 0.6s active, 0.6s idle


M3: 0.4s active, 0.3s idle

Main menu

Reset

Start/Pause

5. Technical Specification

	Power supply Input: AC110V-220V 50Hz/60Hz				
	Power: 100W				
	Input Power: 100W				

	Frequency: 1MHz		Frequency: 1MHz		Frequency: 1MHz
	Power: 45W		Power: 75W		Power: 85W

	HOT Power: 15W Cold Power: 30W		Frequency: 40KHz
	Hot: 43°C Cold: -5°C		Power: 30W

	RF Frequency: 1MHz	Airflow: 6LPM
	Power: 100W	Noise level: <60db (30cm away)
	Vacuum: -75KPa	

	Wavelength: 5mW		Frequency: 1KHz
	Power: 14W		Power: 14W

6. Use Precautions

1. Strictly follow the instructions in the manual to use the instrument and train operator.
2. Before using the instrument, use a plug with a grounding pin and ensure the power socket is grounded.
3. Make sure the voltage of the instrument is adapted. If the local power supply voltage is unstable, we recommend adding a power-matched regulated power supply between the mains and the instrument.
4. Remove all the metal objects inside the body to avoid causing accidents or affecting treatment effects.
5. Stop the intake of anti-adiposity drugs 1 - 2 months before the treatment, or extend the treatment course if you want to take the treatment immediately.
6. Refrain from using the instrument on an empty stomach, and initiate the treatment one hour after a meal.
7. Ensure full skin contact with the treatment head throughout the session to avoid uneven heat distribution.
8. Refrain from using the 40K handle on areas such as the head, chest, breast, heart, or back.
9. Always start with the lowest suction intensity, and increase it gradually.
10. Ensure the filter cotton is installed inside the vacuum handle, as the foreign body may block the handle.
11. Fix the laser pads on the treated individual first, then switch on the instrument, and gradually adjust the energy intensity from low to high to ensure a warm and comfortable experience for the user.
12. Maintain complete contact between the laser pad surface and skin, avoiding partial contact.
13. The combination of the laser pad with massage or other beauty devices contributes to better results. Alternatively, you can use the laser pads alone. Simply fix them in the treatment area and wait

for 20 minutes.

14. Before BIO treatment, inform the recipient about microcurrent sensations to prevent concerns or discomfort.

15. During Hot&Cold treatment try to avoid air vents, as the bad heat dissipation may affect the service life of the instrument.

7. Maintenance & Cleaning

1. Disconnect the power cord when not in use and store the instrument in a dry, cool, and well-ventilated place.
2. Clean and sanitize the applicator with a damp cloth or saline, and then dry it thoroughly with a dry towel to ensure it remains dry.
3. Before cleaning the Vacuum & RF applicator, ensure to remove the filter cotton to prevent the growth of bacteria.
4. After cleaning the instrument, cover it with a dustcloth or plastic wrap. Before use, ensure to sanitize the handle again for hygienic reasons.
5. Disassembling the instrument and attempting to clean the inside is strictly prohibited. This task should only be performed by professionals.

8.FAQ

1.How long does it take to see the results of RF treatment?

A: You might experience skin tightness right after the treatment, as the heat stimulation tightens the collagen tissue, and the RF stimulates the subcutaneous tissue bringing the continuous regeneration of collagen, leading to more noticeable results within one week.

2.Is RF safe for the skin?

A: RF firming and anti-wrinkle treatment is a non-surgical method that stimulates collagen regeneration and metabolism in the deeper layers of the skin without causing any harm. It's normal to experience temporary heat and redness in the treated area, which indicates increased circulation and should subside within a few hours. There's no need to be concerned about this reaction.

3.What is the duration of a body sculpting treatment?

A: Approximately 60 minutes, our skilled techniques and advanced instrument guarantee impressive results.

4.Liposuction or this device?

A: Liposuction surgery utilizes negative pressure to remove adipose tissue accumulations from specific areas, resulting in a body-shaping effect. It provides you with immediate results, but it also carries risks, requires anesthesia, and involves downtime. While our device offers a risk-free solution with no side effects. It sculpts your body, stimulates collagen regeneration for lifted skin, and creates the ideal figure for an overall improved appearance.

5.Is it safe to use ultrasound on the entire body?

A: NO. Ultrasound disrupts adipose tissue, which is then absorbed and metabolized by the human body. The power of ultrasound is quite strong, and the heart is particularly sensitive to sound waves due to being a hollow organ. Sound waves can cause vibrations in the heart, and there can be variations in how sound waves are conducted through muscle tissue and blood within the heart, resulting in back-and-forth reflections. As a consequence, the valve may become dislodged from the heart muscle. Certainly, ultrasound treatment should be strictly avoided around the eye area to prevent the risk of retinal detachment, as well as areas such as the waist, back, chest, and the region around the heart.

6.Are there any side effects of ultrasound on the human body?

A: Ultrasound treatment is a non-surgical, non-invasive procedure that requires no incisions or anesthesia. It combines various technologies, including ultrasound (mechanical wave), cavitation, and ultrasound focusing. This process results in adipose tissue breakdown, dissolution, skin tightening, and body shaping. Importantly, it selectively targets low-density adipose tissue while safeguarding high-density tissues like blood vessels and nerves, ensuring no adverse effects on the body. You may notice a slight noise in your ears during the treatment, which is a normal occurrence and requires no cause for concern.

7.Why do I get tinnitus during the treatment?

A: When the ultrasound with concentrated energy vibrates strongly and has a frequency higher than 20KHz, it can penetrate the skin to reach the adipose layer that is 20mm deep. The energy causes high-speed friction and heat within the adipose tissue, which breaks them down and emulsifies them. However, this process can create noise that may be audible in your ears.


8.What is collagen?

A: Collagen is a biological polymer substance, a white opaque fibrous protein without branched chains, which can replenish essential nutrients needed by all layers of the skin and enhance the collagen activity in the skin, with the effects of locking moisture, moisturizing the skin, delaying aging, improving facial laxity and hair care. Collagen is an essential nutrient for promoting anti-aging effects. As you age, the gradual loss of collagen in your skin becomes evident. Typically, a woman's skin starts showing signs of aging around the age of 20 due to collagen depletion, and the rate of loss peaks at 25.

Research suggests that by the age of 40, collagen levels are only about half of what they were at 18.

The reduction in collagen and moisture content can contribute to the development of facial folds and wrinkles. This is primarily due to the breakdown of collagen fibers and elastic networks that support the skin. This loss also leads to oxidation, atrophy, and collapse of skin tissue, resulting in various signs of aging such as dehydration, wrinkles, looseness, and lack of elasticity.

9.Ask & Answer



Ask	Cause	Answer
4.The RF is not functioning.	→ The handle is not properly connected.	→ Please confirm if the handle plug is well connected to the main unit.
	→ Oil in the treatment area could result in insufficient contact between the handle and the body.	→ Apply some gels to the treatment area after cleaning.
	→ The handle is not in proper contact with the skin.	→ Ensure complete contact between the treatment head and the skin.
5.The 40K handle is not functioning.	→ You might mistakenly assume that the handle is not functioning properly because of its low-noise design.	→ To check if the handle is functioning, please refer to the 40K handle test.
	→ You may have forgotten to apply the gel or have used a product that is not designed for use with the instrument.	→ Please use the specific gel designed for the 40K treatment.
	→ Insufficient pressure.	→ Apply more pressure during the operation.

10.Operation Guide

Face:




Step 1: (10 minutes)




Step 2: (10 minutes)



Step 3: (10 minutes)



Step 4: (20 minutes)



Eye:




Step 1: (10 minutes)




Ensure the 40K handle is securely connected before plugging in the power cord.


Arm:




Belly:



Back:




Leg:



11.Warranty & Support


We offer a comprehensive one-year warranty and a one-month return and replacement policy starting from the date of purchase.

Product Name: Versatile Beauty Enhancer
Product Model: MF-77K2S
Production Date: _____
Quality Inspection: _____



Manual de usuario

MF-77K2S



Contenido

1.Precauciones de Seguridad	22
2.Contraindicaciones	22
3.Resumen	23
4.Introducción al Panel de Control	24
5.Especificaciones Técnicas	31
6.Precauciones de Uso	32
7.Mantenimiento y Limpieza	33
8.Preguntas Frecuentes	34
9.Preguntar y Responder	37
10.Guía de Operación	39
11.Garantía y Soporte	42

1. Precauciones de Seguridad

1. Lea atentamente este manual antes de usarlo y familiarícese con el funcionamiento de este instrumento y la tecnología relacionada.
2. Este instrumento es un dispositivo electrónico de alta precisión que requiere un almacenamiento adecuado. Evite almacenarlo en condiciones de humedad, luz solar directa o cerca de materiales inflamables y explosivos para evitar daños.
3. Utilice siempre el accesorio designado proporcionado o recomendado por el fabricante para garantizar el rendimiento durante su vida útil.
4. No coloque el instrumento en condiciones de alta temperatura, ya que esto puede afectar negativamente su vida útil y rendimiento.
5. No aplique el instrumento sobre los ojos, la tiroides, la paratiroides, los testículos, el abdomen de mujeres embarazadas, marcapasos, etc.
6. Los pacientes deben abstenerse de utilizar este instrumento a menos que hayan obtenido el permiso de su médico.
7. Asegúrese de aplicar el instrumento sobre la piel húmeda y evite la operación sobre piel seca.
8. Apague el instrumento cuando no lo utilice para garantizar su seguridad.
9. Si actualmente está tomando medicamentos contra la adiposidad, suspenda su uso durante 1 o 2 meses antes de utilizar este instrumento. De lo contrario, el tratamiento podría prolongarse.
10. Para mantener la higiene y prolongar la vida útil del instrumento, esterilícelo con solución salina.

2. Contraindicaciones



Antes de usar este instrumento, es esencial consultar a su médico o buscar el consejo de profesionales. Detalles a continuación:

1. Embarazo o lactancia.
2. Hipertensión, enfermedad cardíaca o con marcapasos instalado.
3. Heridas sin cicatrizar o durante la fase de recuperación de una cirugía.
4. Epilepsia, diabetes grave e hipertiroidismo.
5. Tumores malignos, hemofilia y hemorragia.
6. Enfermedad de la piel o enfermedad infecciosa.
7. Cesárea en los últimos seis meses, aborto espontáneo en los últimos tres meses o parto natural en los últimos dos meses.
8. Se sometió a una cirugía plástica en los últimos 3 meses o con implantes u objetos metálicos en el área tratada.



3. Resumen


Este versátil instrumento de belleza 9 en 1, que aprovecha la tecnología más avanzada y segura, ofrece mejoras holísticas que abarcan el tensado de la piel y la remodelación corporal, garantizando una metamorfosis radiante para su cuerpo. Proporciona la solución perfecta para las personas que buscan mejoras en el aspecto de la piel y la figura corporal sin inyecciones, medicamentos ni efectos secundarios. Su aplicación externa produce resultados inmediatos.

4. Introducción al Panel de Control



Perilla para ajuste de succión de vacío





Visualización y ajuste de la hora (0 - 60 minutos)


Visualización y ajuste del nivel de energía (0 - 10)

Selección de modo:
Caliente: Modo calefacción
Frio: Modo refrigeración

Restablecer

Inicio/Pausa

Menú principal



Visualización y ajuste de la hora (0 - 60 minutos)


Visualización y ajuste del nivel de energía (0 - 10)

Selección de modo:
M1: 1.2s activo, 1.0s inactivo
M2: 0.5s activo, 0.3s inactivo

Restablecer

Inicio/Pausa

Menú principal




Visualización y ajuste de la hora (0 - 60 minutos)

Visualización y ajuste del nivel de energía (0 - 10)

Inicio/Pausa

Menú principal

Restablecer



Visualización y ajuste de la hora (0 - 60 minutos)

Visualización y ajuste del nivel de energía (0 - 10)

Visualización/ajuste de la duración de liberación (intervalo: 0.0 - 2.0)

Visualización/ajuste de la duración de la aspiración (intervalo: 0.0 - 2.0)

Restablecer

Inicio/Pausa

Menú principal

Selección de modo:


M1: Sólo succión

M2: Succión 0.4s, Liberación 0.4s

M3: Succión 0.4s, Liberación 0.2s

M4: Succión 0.6s, Liberación 0.2s

M5: Succión 0.5s, Liberación 0.3s



Visualización y ajuste de la hora (0 - 60 minutos)

Visualización y ajuste del nivel de energía (0 - 10)

Selección de modo:


M1: 1.5s activo, 1.0s inactivo

M2: 0.4s activo, 0.3s inactivo

Inicio/Pausa

Restablecer

Menú principal




OFF: LED de fotones

AUTO: Alteración automática del color (ciclo a través de múltiples colores parpadeantes)

MODE/ON: Selección de modo (se pueden elegir diferentes colores para que permanezcan encendidos)

WAVE: Color parpadeante mono (haga clic en MODO para cambiar a otro color cuando sea necesario).



Visualización y ajuste del nivel de energía (0 - 10)

Visualización y ajuste de la hora (0 - 60 minutos)

Selección de modo:

M1: Las luces se encienden continuamente.

M2: 0.6s activo, 0.6s inactivo


M3: 0.4s activo, 0.3s inactivo

Menú principal

Restablecer

Inicio/Pausa

5. Especificaciones Técnicas

		Alimentación Entrada: AC110V-220V 50Hz/60Hz						
		Potencia: 100W						
		Potencia de entrada: 100W						
	Frecuencia: 1MHz			Frecuencia: 1MHz			Frecuencia: 1MHz	
	Potencia: 45W			Potencia: 75W			Potencia: 85W	
	Potencia en caliente: 15W Potencia en frío: 30W				Frecuencia: 40KHz			
	CALIENTE: 43°C FRÍO: -5°C				Potencia: 30W			
	RF Frecuencia: 1MHz			Flujo de aire: 6LPM				
	Potencia: 100W			Nivel de ruido: <60db (30cm de distancia)				
	Vacío: -75KPa							
	Longitud de onda: 5mW				Frecuencia: 1KHz			
	Potencia: 14W				Potencia: 14W			

6. Precauciones de Uso

1. Siga estrictamente las instrucciones del manual para utilizar el instrumento y capacitar al operador.
2. Antes de utilizar el instrumento, utilice un enchufe con clavija de conexión a tierra y asegúrese de que la toma de corriente está conectada a tierra.
3. Asegúrese de que el voltaje del instrumento es el adecuado. Si la tensión de alimentación local es inestable, recomendamos añadir una fuente de alimentación regulada de potencia adaptada entre la red y el instrumento.
4. Retire todos los objetos metálicos del interior del cuerpo para evitar causar accidentes o afectar a los efectos del tratamiento.
5. Suspenda la ingesta de fármacos antiadipositarios 1 - 2 meses antes del tratamiento, o prolongue el curso del tratamiento si desea realizarlo inmediatamente.
6. Abstenerse de utilizar el instrumento con el estómago vacío, e iniciar el tratamiento una hora después de una comida.
7. Asegúrese de que la piel está en pleno contacto con el cabezal de tratamiento durante toda la sesión para evitar una distribución desigual del calor.
8. Absténgase de utilizar el mango 40K en zonas como la cabeza, el pecho, los senos, el corazón o la espalda.
9. Comience siempre con la intensidad de succión más baja y aumentela gradualmente.
10. Asegúrese de que el algodón filtrante está instalado dentro del mango de la aspiradora, ya que el cuerpo extraño podría bloquear el mango.
11. Fije primero las almohadillas láser en la persona tratada, después encienda el instrumento y ajuste gradualmente la intensidad de energía de baja a alta para garantizar una experiencia cálida y cómoda para el usuario.

12.Mantenga un contacto completo entre la superficie de la almohadilla láser y la piel, evitando el contacto parcial.

13.La combinación de la almohadilla láser con masajes u otros dispositivos de belleza contribuye a obtener mejores resultados. Alternativamente, puede utilizar las almohadillas láser solas. Basta con fijarlas en la zona a tratar y esperar 20 minutos.

14.Antes del tratamiento BIO, informe al receptor sobre las sensaciones de microcorriente para evitar preocupaciones o molestias.

15.Durante el tratamiento Hot&Cold, evite las rejillas de ventilación, ya que una mala disipación del calor puede afectar a la vida útil del aparato.

7.Mantenimiento y Limpieza

1.Desconecte el cable de alimentación cuando no esté en uso y guarde el instrumento en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

2.Limpie y desinfecte el aplicador con un paño húmedo o suero fisiológico y, a continuación, séquelo bien con una toalla seca para asegurarse de que permanece seco.

3.Antes de limpiar el aplicador Vacuum & RF, asegúrese de retirar el algodón del filtro para evitar la proliferación de bacterias.

4.Después de limpiar el instrumento, cúbralo con un paño antipolvo o una envoltura de plástico. Antes de utilizarlo, asegúrese de higienizar de nuevo el mango por razones de higiene.

5.Queda terminantemente prohibido desmontar el instrumento e intentar limpiar su interior. Esta tarea sólo debe ser realizada por profesionales.

8.Preguntas Frecuentes

1.¿Cuánto tiempo se tarda en ver los resultados del tratamiento de radiofrecuencia?

R: Es posible que experimente tirantez de la piel justo después del tratamiento, ya que la estimulación térmica tensa el tejido colágeno, y la RF estimula el tejido subcutáneo aportando la regeneración continua de colágeno, lo que conduce a resultados más notables en el plazo de una semana.

2.¿Es la RF segura para la piel?

R: El tratamiento reafirmante y antiarrugas con RF es un método no quirúrgico que estimula la regeneración del colágeno y el metabolismo en las capas más profundas de la piel sin causar ningún daño. Es normal experimentar calor y enrojecimiento temporales en la zona tratada, lo que indica un aumento de la circulación y debería remitir en unas horas. No hay necesidad de preocuparse por esta reacción.

3.¿Cuál es la duración de un tratamiento de escultura corporal?

R: Aproximadamente 60 minutos, nuestras técnicas cualificadas y nuestro avanzado instrumental garantizan unos resultados impresionantes.

4.¿Liposucción o este aparato?

R: La cirugía de liposucción utiliza la presión negativa para eliminar las acumulaciones de tejido adiposo de zonas específicas, lo que produce un efecto de remodelación corporal. Le proporciona resultados inmediatos, pero también conlleva riesgos, requiere anestesia e implica tiempo de inactividad. Mientras que nuestro dispositivo ofrece una solución sin riesgos ni efectos secundarios. Esculpe su cuerpo, estimula la regeneración de colágeno para levantar la piel y crea la figura ideal para un aspecto general mejorado.

5.¿Es seguro utilizar ultrasonidos en todo el cuerpo?

R: NO. Los ultrasonidos alteran el tejido adiposo, que es absorbido y metabolizado por el cuerpo humano. La potencia de los ultrasonidos es bastante fuerte, y el corazón es particularmente sensible a las ondas sonoras debido a que es un órgano hueco. Las ondas sonoras pueden causar vibraciones en el corazón, y puede haber variaciones en la forma en que las ondas sonoras se conducen a través del tejido muscular y la sangre dentro del corazón, dando lugar a reflexiones de ida y vuelta. Como consecuencia, la válvula puede desprenderse del músculo cardíaco. Ciertamente, el tratamiento con ultrasonidos debe evitarse estrictamente alrededor de la zona de los ojos para prevenir el riesgo de desprendimiento de retina, así como zonas como la cintura, la espalda, el pecho y la región alrededor del corazón.

6.¿Existen efectos secundarios de los ultrasonidos en el cuerpo humano?

R: El tratamiento con ultrasonidos es un procedimiento no quirúrgico y no invasivo que no requiere incisiones ni anestesia. Combina varias tecnologías, como los ultrasonidos (onda mecánica), la cavitación y la focalización de ultrasonidos. Este proceso provoca la descomposición y disolución del tejido adiposo, el estiramiento de la piel y la remodelación corporal. Es importante destacar que se dirige selectivamente al tejido adiposo de baja densidad, al tiempo que protege los tejidos de alta densidad, como los vasos sanguíneos y los nervios, garantizando que no se produzcan efectos adversos en el organismo. Usted puede notar un ligero ruido en los oídos durante el tratamiento, que es una ocurrencia normal y no requiere ninguna causa de preocupación.

7.¿Por qué tengo acúfenos durante el tratamiento?

R: Cuando el ultrasonido con energía concentrada vibra fuertemente y tiene una Frecuencia superior a 20KHz, puede penetrar la piel hasta alcanzar la capa adiposa que se encuentra a 20mm de profundidad. La energía provoca fricción a alta velocidad y calor dentro del tejido adiposo, lo que los descompone y emulsiona. Sin embargo, este proceso puede crear ruido que puede ser audible en los oídos.

8.¿Qué es el colágeno?

R: El colágeno es una sustancia polimérica biológica, una proteína fibrosa blanca opaca sin cadenas ramificadas, que puede reponer los nutrientes esenciales que necesitan todas las capas de la piel y potenciar la actividad del colágeno en la piel, con los efectos de bloquear la humedad, hidratar la piel, retrasar el envejecimiento, mejorar la laxitud facial y el cuidado del cabello. El colágeno es un nutriente esencial para potenciar los efectos antienvjecimiento. A medida que se envejece, la pérdida gradual de colágeno en la piel se hace evidente. Por lo general, la piel de una mujer empieza a mostrar signos de envejecimiento alrededor de los 20 años debido al agotamiento del colágeno, y el ritmo de pérdida alcanza su punto máximo a los 25 años. Las investigaciones sugieren que a los 40 años, los niveles de colágeno son sólo la mitad de lo que eran a los 18 años. La reducción del contenido de colágeno e hidratación puede contribuir a la aparición de pliegues y arrugas faciales. Esto se debe principalmente a la ruptura de las fibras de colágeno y las redes elásticas que sostienen la piel. Esta pérdida también conduce a la oxidación, atrofia y colapso del tejido cutáneo, lo que provoca diversos signos de envejecimiento como deshidratación, arrugas, flacidez y falta de elasticidad.


9.Preguntar y Responder

Pregunta	Causa	Respuesta
1. No enciende el instrumento.	El cable de alimentación está desconectado del enchufe.	Verifique si el cable de alimentación está conectado de manera segura al enchufe y asegúrese de que el enchufe esté en funcionamiento.
	El fusible está suelto o quemado.	Reemplace el fusible en la parte trasera del instrumento y reinicielo.
2.El instrumento no funciona y no se puede reiniciar.	El fusible puede haberse quemado debido a un voltaje inestable o uso prolongado.	Reemplace el fusible y reinicie el instrumento después de 5 minutos.
3. La pantalla muestra un mensaje de error.	Error de datos.	1.Apague el instrumento, desconecte el cable de alimentación y espere 1 minuto antes de reiniciarlo. 2.Si el método anterior no resuelve el problema, comuníquese con su distribuidor.

Pregunta	Causa	Respuesta
4. El RF no está funcionando.	El mango no está correctamente conectado.	Confirme si el conector del mango está bien conectado a la unidad principal.
	El aceite en el área de tratamiento puede resultar en un contacto insuficiente entre el mango y el cuerpo.	Aplique geles en el área de tratamiento después de limpiar.
	El mango no está en contacto adecuado con la piel.	Asegúrese de que haya un contacto completo entre la cabeza de tratamiento y la piel.
5. El mango de 40K no está funcionando.	Puede haber asumido erróneamente que el mango no funciona debido a su diseño de bajo ruido.	Para verificar si el mango está funcionando, consulte la prueba del mango de 40K.
	Puede haber olvidado aplicar el gel o utilizado un producto que no está diseñado para el uso con el instrumento.	Utilice el gel específico diseñado para el tratamiento de 40K.
	Presión insuficiente.	Aplique más presión durante la operación.

10. Guía de Operación

Cara:




Ojo:




Asegúrese de que el mango 40K está bien conectado antes de enchufar el cable de alimentación.

Brazo:



Ventre:




Espalda:



Paso 1: (15 minutos)



Paso 2: (15 minutos)



Pierna:




Paso 1: (15 minutos)



Paso 2: (15 minutos)



Paso 3: (15 minutos)



11. Garantía y Soporte

Ofrecemos una garantía integral de un año y una política de devolución y reemplazo de un mes a partir de la fecha de compra.

Nombre del producto: Potenciador de belleza versátil

Modelo del producto: MF-77K2S

Fecha de fabricación: _____

Inspección de calidad: _____

PASS